


Утверждаю:
Главный инженер
Филиала «Березовская ГРЭС»
ПАО «Юнипро»
 А.А. Райхель

«08» февраля 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ на цифровой осциллограф ScopeMeter Fluke 124/S

Наименование: Цифровой осциллограф ScopeMeter Fluke 124/S

Технические характеристики:

Полоса пропускания	40 MHz
Максимальная частота выборки в режиме реального времени	25 MS/s
Максимальный объем записываемых данных (число точек для каждого входа)	512
Число входов	2
Чувствительность входа	5мВ, 500В/дел
Время непрерывной работы от аккумулятора	7 часов
Интерфейс	RS-232

Комплект поставки:

Осциллограф ScopeMeter Fluke 124/S
Сетевой адаптер/зарядное устройство PM 8907
Щуп с делителем напряжения VPS40 10:1
Комплект SCC120
Набор защищенных измерительных выводов SLT120
Набор зажимов «крокодил» AC120
Набор хомутов HC120
TL75 Набор тестовых проводов Hart Point
Экранированный BNC-разъем BB120
Блок аккумуляторов NiMn
Кейс

Сроки поставки: июнь 2017г.

Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

В соответствии с паспортом.

Требования к приемке:

Приемка должна осуществляться в соответствии с инструкцией Госарбитража № П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями.

Перечень документации:

- Паспорт
- Руководство по эксплуатации

Гарантии поставщика:

Продукция должна соответствовать стандартам завода-изготовителя и комплектности.

Требования к упаковке оборудования:

Герметичная упаковка

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера

✓ Начальник ОПиПР

Начальник цеха АСУ ТП



Н.В. Никитин

А.Н. Дягилев

Д.А. Шаронин