




Утверждаю:
 Зам. главного инженера
 Филиала «Березовская ГРЭС»
 ПАО «Юнипро»

 Н.В. Никитин
 « 1 » 11 2017г.

**Техническое требование
 на приобретение газоанализатора ФП-34**

№ п/п	Наименование объекта	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
1	Назначение	Газоанализатор ФП-34 предназначен для контроля концентрации взрывоопасных и вредных газов в ограниченных объемах, на рабочих местах, а также выдачи звуковой и световой предупредительной и аварийной сигнализации при превышении измеряемых параметров.
2	Требование к поставщику	Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями и положительные отзывы о поставляемом оборудовании.
3	Комплектность	п-канальный (от 1 до 5 каналов - блоков датчиков) многофункциональный газоанализатор базовый блок, метан (CH₄) [0 - 5%], кислород (O₂), угарный газ (CO) Принудительный забор пробы (встроенный микронасос) Штанга Адаптер сетевой 5 В, 1 А Паспорт, включая Методику поверки Ремень Фильтр-затвор Упаковка
4	Срок поставки	июль 2018г
5	Требования к приемке	Первичная поверка газоанализатора ФП-34, регистрация в госреестре
6	Гарантии поставщика	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
7	Поставщик	ООО «ГАЗ ФАРМЭК» 107113, г.Москва, ул. Лобачика, 17, оф. 204 / 220 тел./факс.: +7 (499) 264 55 77; тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07; +7 (495) 554 75 18 Web: gaz-farmek.ru E-mail: info@gaz-farmek.ru

Подписи от филиала

Зам. Главного инженера
 Н.В. Никитин 

И.о.начальника ХЛ
 Т.В. Хрипункова 

Исполнитель
 Инженер-химик ХЛ
 А.К. Щербинина 71-5-88 