Утверждаю:
И.о. главного инженера
филиала «Шатурская ГРЭС»
ОАО "Э.ОН Россия"
_____ И.Б. Филимонов
"___"_____ 2013г.

Технические требования

на закупку мобильного гелиевого массспектрометрического течеискателя серии VS (VS MD30 Mobile Leak Detector) с щупом (POWER PROBE ASSY W/25' HOSE + KF-25).

1. **Наименование предприятия:**

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. **Технические характеристики.**

Наименьший предел обнаружения по гелию (1000 ppm):	5 x 10^{-13} Па•м3/сек
Время отклика:	< 0,5 сек
Питание:	220 В, 50 Гц
Скорость откачки по гелию	1,8 л/с
Условия работы:	Температура: +5°С - +50°С
Влажность:	до 90%

3. **Основные технические требования.** Надежность, простота измерения, большой ресурс работы изнашиваемых частей, быстрота измерений.

4. **Дополнительные требования.** Возможность дооснащения дополнительными функциями.

5. **Срок поставки.** октябрь-декабрь 2013г.

6. **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования).**

Щуп для течеискателя VS MD 30, длина 7,6 м

7. **Требование к приемке.** Приемка оборудования должна производится в соответствии НТД заводов изготовителей.
8. **Перечень документации** Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, методические указания.

9. **Гарантии поставщика.** Гарантийные обязательства, сервис в послегарантийный период.

10. **Требование к поставщику.**

Иметь опыт работы с предприятиями энергетики и иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании.

11. **Требование к упаковке оборудования.**

Согласовано:

От филиала «Шатурская ГРЭС»:

Начальник ПТС Власенко В.Г.

Зам. нач. ОТиПР /Абдуев И.Р./