

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер филиала  
«Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  
А.П.Перемибеда  
«12.03» 2014г.

Технические требования  
на приобретение приборной продукции  
(Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов  
«Вспышка-А»)

**1. Наименование.**

Филиал «Смоленская ГРЭС»

**2. Технические характеристики.**

Регистратор предназначен для измерения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и закрытом тиглях.

Диапазон измеряемых температур нефтепродукта – от 0°С до +340°С  
Диапазон определения температуры вспышки в открытом тигле от +70 °С от +260° С

Диапазон определения температуры вспышки в закрытом тигле от +30°С до +260°С

Предел основной абсолютной погрешности для закрытого тигля: для температур до 104° С - 2°С, для температур свыше 104° С - 6° С .

Сходимость результатов определений температуры вспышки в открытом тигле - 5° С

**3. Основные технические требования.**

Прибор должен быть внесен в Госреестр РФ.

Дата выпуска анализатора – вторая половина 2013г.- начало 2014г.

Прибор должен поставляться с первичной поверкой.

Комплект поставки «Вспышка-А»:

- регистратор;
- тигель -2;
- вкладыш -2;
- ухват;
- сетевой шнур 2м;
- паспорт;
- методика поверки;

**4. Срок поставки.**

Апрель 2014г.

### **5. Требования к приемке.**

Поставка в соответствии с техническими требованиями.

Приемка согласно инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П – 7),

### **6. Требования к изготовителю ( поставщику).**

Должен быть производителем или официальным дилером. Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудования; иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

### **7. Перечень документации.**

- руководство по эксплуатации, паспорт;
  - свидетельство о первичной поверке;
  - свидетельство о приемке;
  - копию сертификата об утверждении типа СИ; гарантийные обязательства.
- Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

### **8. Гарантии изготовителя.**

Прибор должен быть новым, не бывшим в употреблении. Гарантийное обслуживание в течение двух лет.


### **9. Требования к упаковке оборудования.**

Продукция должна быть поставлена в промаркированной упаковке или/и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, а также содержащей следующую информацию:

- условия перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;
- наименование и количество продукции, вложенной в данную упаковку;
- реквизиты договора.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ХЦ

  
В.В. Михайлов

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОППР

  
И.А. Юрченко

*Технические требования разработал:  
Инженер топливной лабораторией ХЦ В.С. Панова*