

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Филиала «Верезовская ГРЭС»

ОАО «Э.ОН Россия»

И.Н. Лаптев

«29» 02 2015г

**Техническое требование
на установку для поверки и градуировки термопар**

***Наименование:** Установка для поверки и градуировки датчиков температуры УПСТ-2М

***Технические характеристики:**

Диапазон воспроизводимых температур: +100... +1200 °С;

Количество одновременно поверяемых (калибруемых) датчиков, шт.:

- преобразователей термоэлектрических – до 8;

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4.1

Температура окружающего воздуха, °С: 20±5

Питание: ~220В; 50 Гц.

***Дополнительные требования:** Установка должна иметь сертификат об утверждении типа средств измерений и пройти первичную поверку с выдачей свидетельства о поверке

***Сроки поставки:** апрель 2015г.

***Комплект поставки:**

Основной комплект:

- Блок измерительный БИ-1 – 1 шт.;

- Печь МТП-2МР-50-500 – 2 шт.;

- Термостат нулевой ДДШ 5.868.003 – 2 шт.

Дополнительная комплектация:

- Выравнивающий блок для печи ДДШ 5.868.003, длина 140 мм, конструктивного исполнения – 00 – 2 шт.

***Требования к приемке:**

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки и Положения о порядке приемки товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектации ОАО «Э.ОН Россия»

***Перечень документации:**

1. Паспорта на установку и комплектующие изделия.

2. Руководство по эксплуатации на установку и комплектующие изделия.

3. Свидетельство о первичной поверке на установку и средства измерений, входящие в комплект поставки

***Гарантия изготовителя:**

Гарантийный срок эксплуатации не менее 2-х лет.

***Требования к упаковке оборудования:**

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.

СОГЛАСОВАНО:

От Филиала «Березовская ГРЭС»

Зам. начальник СЭ  В.Г.Орлов

Начальник ПТС  А.М. Фролов

Начальник цеха АСУ ТП  Д.А. Шаронин